BD, votre partenaire préanalytique

La phase préanalytique : Une étape clé



- **Port de gants** non stériles.
- **Désinfection** large du site de ponction.
- Ne **jamais palper le site** après désinfection.
- Le **garrot** ne doit être utilisé que pour faire saillir la veine. Le **relâcher** dès que le sang s'écoule dans le 1er tube.
- **Choix du site** de ponction : Ne jamais prélever sur le bras qui est perfusé.
- **Maintenir le tube** en dessous du point de ponction.
- **Lors du prélèvement** positionner le tube, étiquette vers le bas pour pouvoir visualiser l'arrivée du sang dans le tube.

Ordre de prélèvement

Recommandations CLSI (NCCLS), Déc. 2007, Doc. H3-A6 et GEHT 2007 (www.geht.org)

AVEC UNE **AIGUILLE** (ponction franche)



Autres tubes : ACD, VS, Aprotinine et tube Thrombine (toujours en dernier)

AVEC UNE **UNITÉ A AILETTES**



Flacon aérobie — Flacon anaérobie

- **Avec hémoculture**



Autres tubes : ACD, VS, Aprotinine et tube Thrombine (toujours en dernier)

- **Sans hémoculture**



Tube neutre *(ou tube sec verre)*

Autres tubes : ACD, VS, Aprotinine et tube Thrombine (toujours en dernier)

- Veiller au bon remplissage des tubes.
- Il est recommandé d'**homogénéiser** le tube **dès le retrait** du corps de prélèvement, par **plusieurs retournements lents**.
- Identifier les tubes.
- Veiller à respecter les conditions recommandées de prélèvement et de transport.



Becton Dickinson France SAS. Siège social : 11, rue Aristide Bergès, BP 4, 38801 Le Pont de Claix Cedex - Tél. 04 76 68 36 36. fax. 04 76 68 35 91.
BD, le logo BD et Vacutainer sont la propriété de Becton, Dickinson and Company. © 2011 BD - Fiche_PA_Ordre_Prel_09/11 _v02
www.bd.com/fr/pa - email : BD_Vacutainer_fr@bd.com

BD